

ICS 11.080.01
CCS C 05

DB31

上 海 市 地 方 标 准

DB31/T 1325—2021

牙科印模和模型消毒管理规范

Management specification for the disinfection of dental impressions and models

2021-10-29 发布

2022-02-01 实施

上海市市场监督管理局 发布

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市卫生健康委员会提出并组织实施。

本文件由上海市卫生监督标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市卫生健康委员会监督所、上海市嘉定区卫生健康委员会监督所、上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海简恩口腔门诊部、上海董奎口腔诊所。

本文件主要起草人：王绍鑫、王懿霖、甘和平、秦婉婉、岳玮璘、秦晓东、王磊、赵雪峰、袁卫军、赵立国、董奎。

牙科印模和模型消毒管理规范

1 范围

本文件规定了牙科印模和模型消毒管理的基本要求、消毒要求、操作要求和监测要求。

本文件适用于各级各类开展牙科印模和模型制作的医疗机构,涉及牙科印模和模型制作的其他机构参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 15982 医院消毒卫生标准

WS/T 311 医院隔离技术规范

WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

WS 506 口腔器械消毒灭菌技术操作规范

DB31/T 689.1 感染预防技术要求 第1部分:个人防护用品使用规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

牙科印模 **impressions**

口腔内某一部位的阴模,反映了口腔内该部位软、硬组织的形态特征。

注:以下简称印模。

3.2

印模材料 **impression materials**

制取印模时采用的材料。

注:按照稳定性可分为不稳定型印模材料如水胶体类(常见的为藻酸盐印模材料)和稳定型印模材料如弹性体类(常见的为合成橡胶印模材料)。

3.3

牙科模型 **dental models**

精密复制口腔内某一部位的阳模,一般是由印模灌注熟石膏等类型的模型材料翻制而成。

注:以下简称模型。

3.4

模型材料 **molding materials**

模型制作所使用的材料。

注:主要有石膏类、树脂类、低熔合金类和模型蜡等。