

ICS 97.140  
Y 81



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 33246—2016

---

## 移动实验室 操作台通用技术规范

Mobile laboratory—General specification for work table

2016-12-13 发布

2017-07-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	Ⅲ
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 分类 .....	2
5 要求 .....	2
6 试验方法 .....	5
附录 A (资料性附录) 移动实验室内使用的操作台和储物柜设计和安装指南 .....	7

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国移动实验室标准化技术委员会(SAC/TC 509)提出并归口。

本标准起草单位:辽阳市疾病预防控制中心、辽宁鑫洋实验装备有限公司、辽阳市产品质量监督检验所、沈阳产品质量监督检验院、国家家具质量监督检验中心(沈阳)、铁岭陆平专用汽车有限责任公司、辽宁省标准化研究院。

本标准主要起草人:胡颖、徐颖、邢卫东、那宏坤、吴长伟、于涛、孙中南、章丽娜、杨坤、王安。

# 移动实验室 操作台通用技术规范

## 1 范围

本标准规定了移动实验室操作台的术语和定义、分类、要求、试验方法。  
本标准适用于各类移动实验室内操作台。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2406.2—2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验

GB/T 3324—2008 木家具通用技术要求

GB/T 3325—2008 金属家具通用技术要求

GB/T 10357.1—2013 家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性

GB/T 10357.5—2011 家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性

GB 24820 实验室家具通用技术条件

GB/T 28202—2011 家具工业术语

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**移动实验室操作台** **work table for mobile laboratory**

移动实验室内使用的由支撑结构和实验操作台面构成的工作台。

注:改写 GB/T 28202—2011,定义 2.2.3.16。

### 3.2

**台面板** **top**

移动实验室操作台顶部低于视平线的板件。

注:改写 GB/T 28202—2011,定义 2.3.2.5。

### 3.3

**抽屉** **drawer**

附于移动实验室操作台下方,可灵活抽出或推入的盛放物品的匣形部件。

注:改写 GB/T 28202—2011,定义 2.3.2.11。

### 3.4

**储物柜** **locker**

附于移动实验室操作台下方,用于放置物品的柜子。

### 3.5

**地脚** **table base**

适用于移动实验室操作台下部支撑系统或结构支撑部件,用于承受操作台的重量,通常含有高度调