

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 3546—2019

血站消毒卫生规范

Hygienic specification for disinfection in blood banks

2019-02-28 发布

2019-03-30 实施

江苏省市场监督管理局 发 布

## 目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般要求	1
5 环境的清洁与消毒	3
6 人员的清洁消毒	3
7 设备与物品的消毒	4
8 重复使用的器械、器具和物品的清洗与清洁	5
9 职业防护	6
附录 A (资料性附录) 清洁、消毒与灭菌的效果监测	7
附录 B (资料性附录) 常用消毒与灭菌方法	10

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由江苏省卫生健康委员会提出。

本标准由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:江苏省血液中心、南京市红十字血液中心、盐城市中心血站、常州市中心血站。

本标准主要起草人:周静宇、傅强、蔡莉、赵宏祥、何亚琴、杨永林、杨莹、陈新、孙俊、黄成垠、郭东辉。

# 血站消毒卫生规范

## 1 范围

本标准规定了血站卫生的基本要求、消毒要求、采血穿刺部位的皮肤消毒、常用物品的清洁与消毒、职业防护以及检查方法。

本标准适用于血液中心、中心血站、中心血库、脐带血造血干细胞库及流动采血场所。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB 18466 医疗机构水污染物排放标准
- GB 19082 医用一次性防护服技术要求
- GB 19083 医用防护口罩技术要求
- GB 19258 紫外线杀菌灯
- GB 28235 紫外线空气消毒器安全与卫生标准
- GB 50333 洁净手术部建筑技术规范
- GB 50591 洁净室施工及验收规范
- GB/T 36758 含氯消毒剂卫生要求
- WS 310.1 医院消毒供应中心 第1部分:管理规范
- WS 310.2 医院消毒供应中心 第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范
- WS 310.3 医院消毒供应中心 第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准
- WS/T 313 医务人员手卫生规范
- WS/T 367 医疗机构消毒技术规范
- WS/T 466 消毒专业名词术语
- 中华人民共和国药典(2015年版)
- 医疗废物管理条例

## 3 术语和定义

WS/T 466 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 一般要求

### 4.1 建筑布局与隔离

4.1.1 建筑设计和工作流程应符合血站感染控制需要,建筑布局应符合采供血卫生学要求,应具备隔离预防功能,区域划分明确、标识清楚。应明确工作流程,保证洁、污分开,防止因人员流动、物品流向交叉导致的污染。同一等级的科室或功能区域宜相对集中。