



中华人民共和国国家标准

GB/T 46122.11—2025/ISO 22863-11:2022

烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第 11 部分：磷含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)

Fireworks—Test methods for determination of specific chemical substances—
Part 11: Determination of phosphorus content—Inductively coupled plasma
optical emission spectrometry(ICP-OES)

[ISO 22863-11:2022, Fireworks—Test methods for determination of specific
chemical substances—Part 11: Phosphorus content by inductively coupled plasma
optical emission spectrometry(ICP-OES), IDT]

2025-08-29 发布

2025-12-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 方法原理 1

5 试剂和材料 1

6 仪器及设备 2

7 准备工作 2

8 检测程序 2

9 结果计算 3

10 精密度..... 3

11 检出限..... 4

12 检测报告..... 4

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 46122《烟花爆竹 特定化学物质检测方法》的第11部分。GB/T 46122 已经发布了以下部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：六氯代苯含量的测定 气相色谱法；
- 第3部分：铅和铅化合物含量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第4部分：铅和铅化合物含量的测定 X射线荧光光谱法；
- 第5部分：铅和铅化合物含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第6部分：粒度小于40 μm 锆含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第7部分：氯酸盐含量的测定 化学滴定分析法；
- 第8部分：砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法；
- 第9部分：汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法；
- 第10部分：硝化纤维素中氮含量的测定 硫酸亚铁滴定法；
- 第11部分：磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第12部分：苦味酸和苦味酸盐含量的测定 高效液相色谱法。

本文件等同采用 ISO 22863-11:2022《烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第11部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法测定磷含量》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

- 为与现有标准协调，将标准名称改为《烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第11部分：磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国烟花爆竹标准化技术委员会(SAC/TC 149)归口。

本文件起草单位：湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心、河北圣姑烟花制造有限公司、南昌海关技术中心、浙江星耀花炮有限公司。

本文件主要起草人：朱玉平、刘捷光、段吴燕、蓝海旭、赵思琴、杨林、洪涯、闫金亮、李闯。

引 言

随着对烟花爆竹产品安全和环境保护的重视程度逐步加深,针对烟花爆竹产品中使用的化学物质进行了要求,特别是针对有毒有害以及增加产品燃烧爆炸危险性的化学物质的使用限制。国际标准化组织烟花爆竹技术委员会组织制定了 ISO 22863(所有部分)。GB/T 46122 采用 ISO 22863(所有部分),是对烟花爆竹产品检测方法的规范化和标准化,是提升烟花爆竹产品安全环保性能、促进产业发展的基础性工作。GB/T 46122 拟由 12 个部分构成。

- 第 1 部分:总则。目的在于确定试样解剖、取样和制样的方法。
- 第 2 部分:六氯代苯含量的测定 气相色谱法。目的在于确定烟花爆竹中六氯代苯含量测定的方法、程序和结果表述。
- 第 3 部分:铅和铅化合物含量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于确定利用火焰原子吸收光谱法对烟花爆竹中铅和铅化合物含量测定的方法、程序和结果表述。
- 第 4 部分:铅和铅化合物含量的测定 X 射线荧光光谱法。目的在于确定利用 X 射线荧光光谱法对烟花爆竹中铅和铅化合物含量测定的方法、程序和结果表述。
- 第 5 部分:铅和铅化合物含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。目的在于确定利用电感耦合等离子体原子发射光谱法对烟花爆竹中铅和铅化合物含量测定的方法、程序和结果表述。
- 第 6 部分:粒度小于 40 μm 锆含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。目的在于确定利用电感耦合等离子体原子发射光谱法对烟花爆竹中粒度小于 40 μm 锆含量测定的方法、程序和结果表述。
- 第 7 部分:氯酸盐含量的测定 化学滴定分析法。目的在于确定利用化学滴定分析法对烟花爆竹中氯酸盐含量测定的方法、程序和结果表述。
- 第 8 部分:砷含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法。目的在于确定利用氢化物发生-原子荧光光谱法对烟花爆竹中砷含量测定的方法、程序和结果表述。
- 第 9 部分:汞含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法。目的在于确定利用氢化物发生-原子荧光光谱法对烟花爆竹中汞含量测定的方法、程序和结果表述。
- 第 10 部分:硝化纤维素中氮含量的测定 硫酸亚铁滴定法。目的在于确定利用硫酸亚铁滴定法对烟花爆竹中硝化纤维素中氮含量测定的方法、程序和结果表述。
- 第 11 部分:磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。目的在于确定利用电感耦合等离子体原子发射光谱法对烟花爆竹中磷含量测定的方法、程序和结果表述。
- 第 12 部分:苦味酸和苦味酸盐含量的测定 高效液相色谱法。目的在于确定利用高效液相色谱法对烟花爆竹中苦味酸和苦味酸盐含量测定的方法、程序和结果表述。

烟花爆竹 特定化学物质检测方法

第 11 部分:磷含量的测定 电感耦合 等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)

1 范围

本文件描述了用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定烟火药中磷含量的方法。
本文件适用于烟花爆竹(摩擦类产品除外)烟火药中磷含量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 46122.1—2025 烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第 1 部分:总则(ISO 22863-1:2020,IDT)

ISO 22863-1 烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第 1 部分:总则(Fireworks—Test methods for determination of specific chemical substances—Part 1: General)

注:GB/T 46122.1—2025 烟花爆竹 特定化学物质检测方法 第 1 部分:总则(ISO 22863-1:2020,IDT)

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

ISO 和 IEC 维护的用于标准化的术语数据库网址如下:

——ISO 在线浏览平台:<https://www.iso.org/obp>;

——IEC 电工百科:<https://www.electropedia.org/>。

4 方法原理

烟火药样品在微波硝化炉中用硝酸和过氧化氢消化分解,然后稀释到一定体积并喷入等离子体内。样品溶液用作光源,使用电感耦合等离子体发射光谱仪在磷元素特征波长处测量其光谱强度,磷含量是通过与不同浓度标准溶液的光谱强度校准曲线进行比较计算测得。

5 试剂和材料

除非另有规定,应使用高纯度的试剂;水最好通过反渗透深度除盐(“去离子水”)。

5.1 硝酸: $\rho=1.42\text{ g/mL}$ 。

5.2 过氧化氢:分析纯。

5.3 硝酸:1 份硝酸+19 份水。